ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SGS INDUSTRIAL INSTALAÇÕES E TESTES E COMISSIONAMENTO LTDA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1182	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO DE PRESSÃO	ENSAIO DA PRESSÃO DE ABERTURA, FECHAMENTO E VEDAÇÃO. Faixa: > -82,74 kPa até 73,55 MPa.	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____ **Em, ___/___/_____21/08/2021**

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1182	**INSTALAÇÃO DE CLIENTE**	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	**CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO**	**NORMA E /OU PROCEDIMENTO**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO DE PRESSÃO	ENSAIO DA PRESSÃO DE ABERTURA, FECHAMENTO E VEDAÇÃO. Faixa: > -82,74 kPa até 73,55 MPa.	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004