



## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

### RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda / Almont do Brasil Imp. Com. e Repr. Ltda

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1257

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /  
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS DE  
MEDIÇÃO E  
CONTROLE**

**ENSAIOS MECÂNICOS**

BOMBAS DE  
AMOSTRAGEM DE AR

Ensaio de desempenho em Bombas de Amostragem de Ar.

Parâmetros verificados:

Linearidade da Vazão.

Faixa: 150 cm<sup>3</sup>/min até 4000 cm<sup>3</sup>/min

Estabilidade da Vazão em Função da Pressão.

Faixa: 150 cm<sup>3</sup>/min até 4000 cm<sup>3</sup>/min para Pressão < 30 polca

PC-21 – Ensaio em Bombas de Amostragem

***“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”***

Em, 19/02/2020